Bedienungsanleitung
Mode d'emploi



Dusch-Nachtstuhl
Chaise douche-toilettes
M2-Basic

HÖHENVERSTELLBAREN DUSCH/TOILETTENSTUHL M2.
STUHL FÜR DUSCH/TOILETTEN GEBRAUCH

VERSCHLIESSEN VON RÄDERN:



FRÜHER ALS BENUTZEN FÜR DUSCH/TOILETTEN GEBRAUCH:
ALLE 4 RÄDERN WIRD GESCHLOSSEN MIT EINEM DRUCK AUF DEM GRAUEN PLATTE AUF DEN RÄDERN.

DIE HÖHE WIRD IN FOLGENDER WEISE JUSTIERT:



ALLE 4 RÄDERN WIRD GESCHLOSSEN (MIT EINEN DRUCK AUF DEN GRAUEN PLATTE AUF DEN RÄDERN)

DER STUHL WIRD AUF DEN BODEN GELEGT.

DAS CLIPS WIRD AUF DAS RAD (DAS MAN JUSTIEREN WILL) AUFGENOMMEN.

MAN NIMMT DAS RAD UND ZIEHT ES BIS DAS KORREKTE LOCH KOMMT AUS, SO DIE HÖHE IST KORREKT.
ALLE 4 RÄDERN MUSS IN DERSELBE HÖHE EINGESTELLT WIRD

DAS CLIPS WIRD WIEDER EINGESETZT UND DIE PROZEDERE AUF DIE ANDERE RÄDERN WIEDERHOLEN.

JUSTIEREN VON HÖHE VON FUSS-STUTZEN:

DIE HÖHE DER FUSS STUTZE WIRD SO JUSTIERT: DEI CLIPS WIRD AUFGENOMMEN, DANACH WIRD DIE FUSSSTUTZEN IN DIE GEWÜNSCHTE HÖHE PLATZIERT, UND ZULETZT WIRD DIE CLIPS WIEDER EINGEDRUCKT.

DEMONTIEREN VON ARMLEHNE



←DEMONTIEREN VON ARMLEHNE

Wenn Mann abmontiert der Eimer vom Stuhl, ist es wichtig, dass Mann gerade nach hinten, entlang der Sitze schieben. Andernfalls kann es sehr schwierig sein, zu abmontieren der Eimer vom Stuhl.

RÜCKENREGULIERUNG für Artikel Nummer 310027/310028:



← RÜCKEN ÖFFNET SICH, WENN MAN MIT DER LINKEN HAND DIE 2 PLASTIKKNÖPFE REINDRÜCKT UND MIT DER RECHTEN HAND DIE STECKSPANGE HERAUSZIEHT. DIE TIEFE DES RÜCKENS WIRD WIE FOLGT REGULIERT: DEN GURT RÜCKEN UND DANACH WIEDER ZUSTRAFFEN.
WASCHEN VOM RÜCKEN: WASCHEN BEI MAX. 80 GRAD.

Artikel Nr. 310035/310036/310027/310028 /310030/310029/310090/310032/310034/310091/310278/310279/310097/310098

Max. Belastung 125 kg. Die klipp niederdrücken (zum boden) wann Mann die höhe eingestellt haben

2 Jahre Reklamations-recht ang. Fabrikations-Fehler.

Reinigung:
Normale nicht alkoholische Reinigungs- Mitteln bei max.70 grader

Artkl. Nr.:	Ersatzteile
310340	Sitz, grau
310342	Intim sitz, grau
310341	Deckel (std, grau)
310343	Deckel (intim, grau)
310065	Clips zur Höheneinstellung
800181	P. U. Schaumkissen für Armlehne. Gerade Armlehne, grau
800241	P. U. Schaumkissen für Armlehne. Gebogen, grau
800012	Schrauben zum Befestigen von pu Schaumkissen paar mit 2 Stck.
310076	Nylon Buchse für Armlehne
800082	Bolt für Armlehne
800013	Nylon Buchse für Beine
310344	Rücken, grau
310252	Rücken aus Netzgewebe nur 310027/310028
310063	Schrauben zum Befestigen von Rücklehne paar mit 4 Stck.
800244	Plastik Zwingen für runde Armlehne, grau
310066	Armlehne, ein paar, gerade für „senkrecht auf"
310067	Armlehne, ein Paar, gerade mit P.U. Schaum für „senkrecht auf"
310064	100 mm Räder mit montiertem Teleskopbein, 1 Stck.
800042	100 mm Räder mit montiertem Teleskopbein, 4 Stck.
310073	Plastik Zwingen für flache Armlehne
310074	Plastik Zwingen für runde Armlehne
800245	Grau Plastik Zwingen für rundeoval Armlehne
310068	Armlehne, ein Paar, gerade für "waagerecht zur Seite"
310069	Armlehne, ein Paar, gebogen für "waagerecht zur Seite"
310070	Armlehne, ein Paar, gerade mit P.U. Schaum, für "waagerecht zur Seite".
310071	Armlehne, ein Paar, gebogen mit P.U. Schaum für "waagerecht zur Seite"
800081	Armlehne, ein Paar, für M2-Klein
800025	Bein, 1 Stck. Für M2 ohne Rädern

CE

18-12-07 Produced in the EU

HMN a/s
Midtager 22, 2605 Brøndby, Dänemark
Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax.: +45 43 96 26 92 E-mail info@hmn.dk
www.hmn.dk

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch