SimplyGo Mini auf einen Blick

INTUITIV
Einfach zu bedienen und gut lesbar

Leicht und angenehm zu tragen
Nur 2,3 kg mit Standard- Akku

Sauerstoffabgabe
5 Puls- Einstellungen
1.000 ml/min Sauerstoffkapazität

Robust
Hält den alltäglichen Situationen stand

Vielfältig
Zwei Batterieoptionen:
- Standard- Akku
- Erweiterter Akku

PHILIPS
Kuhn und Bieri AG
kuhnbieri.ch

SimplyGo

Übersicht Bedienpanel

1. Start / Stop
2. Bildschirm
3. Home- Taste



PHILIPS

SimplyGo Mini Alarme







- Keine Atmung erkannt (NB)
  - Es wird für 2 Minuten keine Atmung erkannt
  - Der Alarm kann stumm geschaltet werden, sobald wieder eine Atmung erkannt wird- schaltet sich der Alarm automatisch ab
  - Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten NB ab (ist innerhalb der ersten 12 Minuten nach Einschalten des SimplyGo Mini inaktiv)
- Hohe Atemfrequenz
  - Atemfrequenz des Patienten überschreitet die Sauerstoffkapazität des SimplyGo
  - Das Gerät arbeitet weiter, versorgt den Patienten weiter mit Sauerstoff mit dieser Atemfrequenz
  - Der Alarm kann stumm geschaltet werden, sobald wieder eine Atmung erkannt wird- schaltet sich der Alarm automatisch ab
- Niedrige Sauerstoffkonzentration (O_2)
  - Alarm ertönt, wenn die Sauerstoffkonzentration unter 82% fällt
  - Der Alarm kann stumm geschaltet werden, sobald wieder eine Atmung erkannt wird- schaltet sich der Alarm automatisch ab
- Kein Fluss (NF)
  - Es fließt kein Sauerstoff zum Patienten
  - Der Alarm kann stumm geschaltet werden, sobald wieder eine Atmung erkannt wird- schaltet sich der Alarm automatisch ab

PHILIPS

SimplyGo Mini Alarme

- Niedrige Batterieladung
  - Erscheint, wenn nur noch 10 Minuten Batterielaufzeit vorhanden sind

- Entladene Batterie
  - Erscheint, wenn nur noch 2 Minuten Batterielaufzeit vorhanden sind



- Ausfall der externen Stromversorgung
  - Erscheint, wenn die externe Stromversorgung ausfällt und kein Akku installiert ist

- Technischer Fehler
  - Erscheint, wenn die Batterie leer ist oder wenn das Gerät einen technischen Fehler hat und nicht mehr richtig arbeitet

PHILIPS